

采购项目需求与实施计划调查表

项目申请科室	医学装备科				
项目名称	氧气瓶更换保压阀				
单价（元）	75	数量（期限）	52 瓶	总预算（元）	3900

一、项目预算价确定依据（如咨询同级别医院、相关供应商或其他形式的市场调查，请详细说明并提供资料）：
咨询气体设备厂家

二、采购需求（包括技术要求和商务要求，如对拟采购项目的质量和服务要求，性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等，且须考虑可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况）：
淮北市市场监督管理局 2026 年 7 月 9 日印发的“关于医用氧气设施设备存在安全风险的通知”要求：为加强安全风险防范，各医疗机构要针对医用氧气瓶在用、库存的未更换保压阀的医用氧气瓶，应立即停止使用、就地封存，退回充装单位，并上报属地市场监管部门。
我院现用 10L 氧气瓶、20L 氧气瓶均为截止阀，现根据淮北市市场监督管理局要求将所有截止阀更换为保压阀，同时完成项目内所有钢瓶的年检工作。

三、采购实施计划（包括供应商资格条件、项目实施要求、验收付款条件等）：
具有资质的气体厂家

四、其他要求：
无

论证人员签名（不少于三人）：

2026 年 9 月 3 日